

Manuel Limit Oksijen İndeksi Test Cihazı

Polimerik malzemelerin kontrollü oksijen indeksi testi için manuel LOI konfigürasyonu.



PW-LOI-M01 | Manuel Limit Oksijen İndeksi Test Cihazı

Manuel

O₂/N₂ karışım ayarı

3 metot

listelenen standart

15 kg

cihaz ağırlığı

TEST PRENSIBİ

Numune şeffaf kolon içine yerleştirilir. Operatör oksijen-azot karışımını seçilen LOI prosedürünün gerektirdiği şekilde ayarlar.

İLGİLİ STANDARTLAR

ISO 4589-2 • ASTM D2863 • NES 714

UYGULAMALAR

- 01 Polimerler
- 02 Kablolar ve yalıtım
- 03 Araştırma laboratuvarları

TEKNİK ÖZELLİK

Genel ölçüler

662 x 333 x 328 mm (H x D x W)

[Teklif isteyin](#)